

ПРОТОКОЛ

От работата на комисията,назначена със заповед РК-12-0359 / 23.06.2015 г.на Управителя на „ДКЦ I-Добрич“ООД за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка **„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория“ и „Лаборатория по микробиология“, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор“ и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика“ на „ДКЦ–IДобрич“ООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“.**

Днес, 21.07.2015г. в сградата на „ДКЦ I-Добрич“ООД, гр.Добрич, в заседателна зала на IV етаж се проведе заседание на комисията назначена със заповед РК-12-0359 / 23.06.2015 г., на Управителя на „ДКЦ I-Добрич“ООД за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка **„Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория“ и „Лаборатория по микробиология“, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор“ и рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика“ на „ДКЦ–IДобрич“ООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“.**

Комисията е в състав:

Председател: Искра Желева – правоспособен юрист /адвокат/

Членове:

1. Камен Михайлов – правоспособен юрист, юрисконсулт в Община Добрич;
2. Тонка Генчева – химик кл.лаборатория;
3. Д-р Илияна Ананиева – офталмолог;
4. Д-р Блага Николова – лекар рентгенолог;
5. Д-р Весела Цветкова – лекар микробиолог;
6. инж.Милена Костадинова – зав. АСД;
7. Милена Дженкова- гл.мед.сестра
8. Диана Чернева – оператор данни и деловодство.

В 13.00 часа присъстваха всички членове на комисията.

Комисията констатира,че в дадения срок участниците,от които на осн.чл. 68,ал.11,т.2 са поискани допълнителни разяснения и допълнителни доказателства относно съответствието на предлаганите медицински изделия с техническата спецификация по одобрената документация за провеждане на обществена поръчка са представили следните документи:

1.“Софарма Трейдинг” АД

1/По обособена позиция №30 няма постъпили допълнителни доказателства или разяснения.

2/ По обособена позиция №32:

Приложеното копие от брошура съдържа спецификация, различна от техническата спецификация на медицинското изделие по тази обособена позиция. Материалът не съответства на техническата спецификация, тъй като изискванията са за 100% хидрофилна леща, а предлаганата е с други характеристики/25 % хидрофилен материал и хидрофобно покритие/.

3/Обособена позиция №35:

Представена е декларация от производителя за съответствие и сертификат за извършен анализ, които удостоверяват съответствието на предлаганите изделия на утвърдената техническа спецификация.

Предвид горното комисията счита, че участникът следва да бъде отстранен от участие по обособени позиции №30 и №32 на осн. чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като представеното техническо предложение не отговаря на предварително обявените условия от възложителя - техническата спецификация на медицинските изделия, предмет на доставка по посочените позиции. По обособена позиция №35 техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените от възложителя условия/техническа спецификация/.

2. "БГ Мед „ ООД

Представена е декларация от производителя, удостоверяваща че медицинските изделия са предназначени за ползване в апарат Sysmex KX 21 N и конкретно, че:

- 1/ отговарят на условието да не съдържат цианид и азид;
- 2/ гарантират, че при 10 пъти последователен анализ на нормални кръвни проби възпроизводимостта на броя WBC и нивото на хемоглобин е под съответно 3.5% и 1.5%.

3. „Медицинска техника инженеринг “ООД

Представена е декларация от производителя, удостоверяваща че медицинските изделия са предназначени за ползване в апарат Sysmex KX 21 N и конкретно, че:

- 1/ отговарят на условието да не съдържат цианид и азид;
- 2/ гарантират, че при 10 пъти последователен анализ на нормални кръвни проби възпроизводимостта на броя WBC и нивото на хемоглобин е под съответно 3.5% и 1.5%.

4. "Лабекс инженеринг"ООД

Представени са брошури и декларация от производителя, удостоверяваща че медицинските изделия са предназначени за ползване в апарат Sysmex KX 21 N и конкретно, че:

- 1/ отговарят на условието да не съдържат цианид и азид;
- 2/ гарантират, че при 10 пъти последователен анализ на нормални кръвни проби възпроизводимостта на броя WBC и нивото на хемоглобин е под съответно 3.5% и 1.5%.

Предвид направените констатации след разглеждане на допълнително представените документи, комисията счита, че:

- 1/ техническите предложения на **"БГ Мед „ООД, „Медицинска техника инженеринг"ООД** и **"Лабекс инженеринг"ООД** - по обособена позиция №4 отговарят на предварително обявените условия от възложителя и офертите на участниците следва да бъдат оценявани.

2/ техническото предложение на **"Софарма Трейдинг"АД** по обособени позиции №30 и №32 не съответства на предварително обявените условия от възложителя - на утвърдената техническа спецификация - поради което предлага участника за отстраняване от участие по тези две обособени позиции на осн. чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. Предложените от него ценови оферти по посочените две обособени позиции да не бъдат разглеждани.

Офертата на този участник по обособена позиция №35 съответства на предварителните условия на възложителя и следва да бъде оценявана.

След приключване разглеждането на техническите предложения комисията реши ценовите оферти на допуснатите до участие кандидати да бъдат отворени на **24.07.2015г. от 11.00 часа** в залата на четвъртия етаж на сградата на „ДКЦ I-Добрич“ООД,гр.Добрич.

Препис от протокола и изрично обявление за датата и часа на отваряне на ценовите оферти да се публикува в профила на купувача.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

/ не се чете/

Искра Желева

/ не се чете/

Камен Михайлов

/ не се чете/

Тонка Генчева

/ не се чете/

Д-р Илияна Ананиева

/ не се чете/

Д-р Блага Николова

/ не се чете/

Д-р Весела Цветкова

/ не се чете/

инж. Милена Костадинова

/ не се чете/

Милена Дженкова

/ не се чете/

Диана Чернева