

ПРОТОКОЛ № 2

На 14.12.2018 г. в 11.00.часа се състоя заседание на комисията за провеждане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет **„ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ДОБРИЧ” ЕООД” с една обособена позиция, както следва:**

Обособена позиция №1: Доставка на Парен Стерилизатор, с предназначение: парна стерилизация на опаковани и неопаковани медицински изделия и материали **за нуждите на „ДКЦ I-Добрич” ЕООД,** открита със Заповед №РК-12-090 от 30.11.2018г.,

Комисията, назначена със Заповед №РК-12- 093 от 10.12.2018г., бе в състав:

Председател: адв. Михаел Игнатов

Членове: 1. Андриана Колева – гл. счетоводител

2. Инж.Милена Костадинова – зав. АСД

След обявяване на протокола председателя и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията проведе публично заседание за отваряне на получените оферти в процедурата.

След удължаване на срока за получаване на оферти не са постъпили други оферти.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти на:

1. МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД на 10.12.2018г. в 10.51 часа с вх.№РК-06-736
2. БУЛТЕХНОМЕД ООД на 10.12.2018 г. в 10.52 часа с вх.№ РК-06-737

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:

1. Участникът МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, списък на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „предлагани ценови параметри”.

Комисията пристъпи към разглеждането на представените от участника документи критерий за подбор, поставени от възложителя, и констатира единодушно, че елементите от техническото предложение на участника са попълнени формално, а друга част от техническото предложение не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация. Съобразно изискванията на възложителя, участникът е посочил формално изискванията в № 2.2. от техническата спецификация, без да има информация, в приложения каталог, че стоманата е от неръждаема стомана-316 L. Съобразно изискванията на възложителя, обема на камерата за една стерилна единица следва да бъде 75-90 литра, а от представения каталог за параметрите на обема на камерата на стерилизатора е в порядъка на 66-67 литра(обем на камера 65см-32см-32см). В № 2.8 от спецификацията на възложителя е посочено възможност алтернативно да съществува, специално вградена система с възможност за ръчно наливане на омекотена вода, без

необходимост на инсталация за права и обратна вода. В предоставените каталози няма информация за тази възможност и е посочено възможност за захранване с вода от водопроводната мрежа чрез вградена водоочистваща система. В № 3.2. по изискване на възложителя в спецификацията е посочено, че се изисква минимум 5 бр. заводски настроени програми за стерилизация, с възможност за препрограмиране при 134°C и 121°C, а участникът формално е заявил, че съществуват, но от приложените каталози се установи, че програмите са 4 бр. при 134°C. В № 3.12. от техническото предложение на възложителя се изисква опция за монофазно захранване на 220 V, а участникът формално е посочил тази опция, като никъде в каталога и техническите данни предоставени, няма информация, че има такава опция. С оглед на това, комисията на основание чл. 107, т.2, б."а" от ЗОП, предлага този участник да бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Участникът БУЛТЕХНОМЕД ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, списък на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „предлагани ценови параметри”

Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.


Комисията пристъпи към разглеждането на представените от участника документи критерий за подбор, поставени от възложителя, и констатира единодушно, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор и допусна до разглеждане ценовото му предложение. След отваряне на ценовото предложение на участника се установи, че същият е по образца приложен в документацията и участникът предлага следната цена за обособената позиция, а именно: 31 420 (тридесет и една хиляди и четиристотин и двадесет) лева без ДДС.

С оглед на всичко гореизложено, комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор за доставка на Парен Стерилизатор с фирма БУЛТЕХНОМЕД ООД.

Заседанието бе закрито в 16:30 часа.

Председател: 
Адв. Михаел Игнатов

Членове: 1.


Андриана Колева – гл. счетоводител

2.


Инж. Милена Костадинова – зав. АСД