



"ДКЦ-І Добрич" ЕООД гр. Добрич

ул. "Д. Петков" №3 тел. 601 474; тел./факс: 601 610;

e-mail: dkc1_dobrich@abv.bg www.dkc1dobrich.com

РЕШЕНИЕ

№ РК-12-103

Добрич, 18.12.2018г.

За определяне на изпълнител по обществена поръчка, провеждана чрез обява за събиране на оферти за избор на доставчик с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ“ ЕООД с една обособена позиция, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на Парен Стерилизатор, с предназначение: парна стерилизация на опаковани и неопаковани медицински изделия и материали **за нуждите на „ДКЦ І-Добрич“ ЕООД**, открита със Заповед №РК-12-90 от 30.11.2018г., публикувано в РОП на Вх.№ 9083766 от 03.12.2018г.

На основание чл.108 т.1 от ЗОП и въз основа на резултатите от разглеждане и оценка на офертите, обективирани в протокол №2/14.12.2018г. на комисията, назначена със Заповед № РК-12-93 от 10.12.2018г,

РЕШИХ:

I. Определям за изпълнител по обществената поръчка, провеждана чрез обява за събиране на оферти за: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – ДОБРИЧ“ ЕООД с една обособена позиция, както следва:

Обособена позиция №1: Доставка на Парен Стерилизатор, с предназначение: парна стерилизация на опаковани и неопаковани медицински изделия и материали **за нуждите на „ДКЦ І-Добрич“ ЕООД**, а именно:

1. Фирма БУЛТЕХНОМЕД ООД, ЕИК 115863679, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, 4017, ул. "Богомил" №91, представлявано от Петко Борисов Бизов и Янко Борисов Бизов с предложена цена 31 420,00 лева без ДДС.

Участниците да се уведомят и да представят преди сключване на договора за обществена поръчка документите по чл.112 ал.1 от ЗОП и посочените документи в обявата.

II. На основание чл. 107, т.2, б."а" от ЗОП обявявам за отстранен участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, тъй като елементите от техническото предложение на участника са попълнени формално, а друга част от техническото предложение не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация. Съобразно изискванията на възложителя, участникът е посочил формално изискванията в № 2.2. от техническата спецификация, без да има информация, в приложения каталог, че стоманата е от неръждаема стомана- 316 L. Съобразно изискванията на възложителя, обема на камерата за една стерилна единица следва да бъде 75-90 литра, а от представения каталог за параметрите на обема на камерата на стерилизатора е в порядъка на 66-67 литра(обем на камера 65см-32см-32см). В № 2.8 от спецификацията на възложителя е посочено възможност алтернативно да

съществува, специално вградена система с възможност за ръчно наливане на омекотена вода, без необходимост на инсталация за права и обратна вода. В предоставените каталози няма информация за тази възможност и е посочено възможност за захранване с вода от водопроводната мрежа чрез вградена водоочистваща система. В № 3.2. по изискване на възложителя в спецификацията е посочено, че се изисква минимум 5 бр. заводски настроени програми за стерилизация, с възможност за препрограмизиране при 134°C и 121°C, а участникът формално е заявил, че съществуват, но от приложените каталози се установи, че програмите са 4 бр. при 134°C. В № 3.12. от техническото предложение на възложителя се изисква опция за монофазно захранване на 220 V, а участникът формално е посочил тази опция, като никъде в каталога и техническите данни, които са предоставени, няма информация, че има такава опция.

На основание чл.43 ал.1 от ЗОП настоящото решение в 3 дневен срок да се публикува в профила на купувача.

Преписката е достъпна в профила на купувача с електронна връзка:
www.dkcldobrich.com

Управител на ДКЦ I Добрич ЕООД:.....

ЕООД (д-р М. Ананиев)
гр. Добрич

