

**ПРОТОКОЛ**  
**№ 2 / 28.10.2019 г.**

от заседание на Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадени оферти за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Периодична доставка на реактиви, консумативи и тестове за „Клинична лаборатория“ и „Лаборатория по микробиология“, медицински изделия – интраокулярни лещи и консумативи за „Очен сектор“, рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика“ и лекарствени средства и медицински изделия за „ДКЦ – I Добрич“ЕООД“ по обособени позиции”, открита с Решение №932096/09.09.2019г., с публикувано Обявление за поръчка в РОП с вх.№932099/09.09.2019г.

На 28.10.2019г., в Заседателната зала на четвъртия етаж в сградата на „ДКЦ I – Добрич“ЕООД, в изпълнение на Заповед №РК-12-096/30.09.2019г. на Управителя на „ДКЦ I – Добрич“ЕООД, се състоя заседание на Комисия в състав:

**Председател: Адв. Зорница Михайлова**

**Членове:**

- 1. Андриана Петкова – гл.счетоводител**
- 2. Д-р Марияна Николова – кл.лекар**
- 3. Д-р Весела Цветкова - микробиолог**
- 4. Д-р Илияна Ананиева - офталмолог**
- 5. Милена Дженкова – гл.мед.сестра**
- 6. Инж. Милена Костадинова – АСД**

**I.** След проверка на състава, заседанието започна в 10:00 часа. В залата не присъстваха представители на участници.

Председателят предостави на присъстващите редовни членове на Комисията да подпишат декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП, относно липса на конфликт на интереси с участниците.

Комисията установи, че в определения срок от Комисията, "ЕЛИТ МЕДИКАЛ"ООД е представил по електронен път - по електронна поща еЕЕДОП във .pdf формат и .xml формат, който е подписан електронно от Красимир Аспарухов Кирков в качеството с на управител и едноличен собственик на дружеството.С оглед на това, Комисията констатира, че:

○ По отношение на изискванията към личното състояние: Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване в Част III, раздели А, Б, В и Г на представения е-ЕЕДОП.

○ Подизпълнители и трети лица: Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

○ По отношение на изискването на годност: В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, участникът е посочил отговор „ДА“.

След разглеждането и проверката на представените документи, комисията реши **ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА** до разглеждане на техническите му предложения за съответствие с предварително обявените условия.

**II.1.** Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения на участниците за съответствие с изискванията на възложителя и техническата спецификация на поръчката, по реда на тяхното получаване:

1. Техническо предложение на „МЕДИКЛИМ” ЕООД, относно обособена позиция №16

Комисията установи, че участникът е предложил медицински консумативи, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на търсените от възложителя. Представени са инструкции за употреба на консумативите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №16 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

2. Техническо предложение на "АЛФА ОРИНДЖ" ООД, относно обособена позиция №7

Комисията установи, че участникът е предложил медицински консумативи, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на търсените от възложителя. Представени са инструкции за употреба на консумативите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №7 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

3. Технически предложения на "БИКОМЕД" ООД:

3.1. Техническо предложение на "БИКОМЕД" ООД, относно обособена позиция №20

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №20 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

3.2. Техническо предложение на "БИКОМЕД" ООД, относно обособена позиция №23

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №23 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

3.3. Техническо предложение на "БИКОМЕД" ООД, относно обособена позиция №29

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение, по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №29 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

3.4 Техническо предложение на "БИКОМЕД" ООД, относно обособена позиция №34

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №34 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

**3.6. Техническо предложение на "БИКОМЕД"ООД, относно обособена позиция №36**

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №36 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

**4. Технически предложения на "КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНESHЪНЪЛ"ООД:**

**4.1. Техническо предложение на " КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНESHЪНЪЛ "ООД, относно обособена позиция №21**

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №21 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

**4.2. Техническо предложение на " КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНESHЪНЪЛ "ООД, относно обособена позиция №22**

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №22 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

**4.3. Техническо предложение на "КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНESHЪНЪЛ"ООД, относно обособена позиция №28**

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №28 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

4.4. Техническо предложение на "КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНESHЪНЪЛ"ООД, относно обособена позиция №35

Комисията установи, че участникът е предложил медицински изделия за офталмология, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №35 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

**5. Технически предложения на "ДИАСИСТЕМС"ЕООД:**

5.1. Техническо предложение на "ДИАСИСТЕМС"ЕООД, относно обособена позиция №3

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на консумативите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №3 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

5.2. Техническо предложение на "ДИАСИСТЕМС"ЕООД, относно обособена позиция №4

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на изделията.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №4 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

5.3. Техническо предложение на "ДИАСИСТЕМС"ЕООД, относно обособена позиция №11

Комисията установи, че участникът е предложил имунохроматографски тестове, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на тестовете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №11 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

**6. Технически предложения на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД:**

6.1. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №1

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за имунологичен анализатор, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и

## „ДКЦ I-Добрич” ЕООД

прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №1 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 6.2. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №2

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за електролитен анализатор ProLYTE, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №2 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 6.3. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №3

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №3 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 6.4. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №4

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №4 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 6.5. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №6

Комисията установи, че участникът е предложил сухи тестове за уринен анализатор DIRUIH-500, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на тестовете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №6 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 6.6. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №8

## „ДКЦ I-Добрич” ЕООД

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за Biosen C\_line, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №8 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 6.7. Техническо предложение на „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД, относно обособена позиция №9

Комисията установи, че участникът е предложил кювети за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на кюветите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №9 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 7. Технически предложения на „БИЛМЕД”ЕООД:

#### 7.1. Техническо предложение на „БИЛМЕД”ЕООД, относно обособена позиция №4

Комисията се запозна с техническото предложение, което е попълнено по образец на Възложители и констатира, че участникът е предложил под №1 реактив Hb Al с Директен имунотурбидиметричен метод, който според техническото предложение се състои от три реагента: Латекс частици-0,13%; глицинов буфер -20 mmol/l; NaN3-0,95 g/l; антитела-моноклонални и поликлонални; с хемолизиращ реактив-воден разтвор NaN3 0,5 g/l.

Видно обаче от представените указания за употреба на предлагания реактив от производител Archem реактива се състои от два реактива, като няма информация за хемолизиращия реактив и неговия състав и въобще не става ясно дали има и какъв е хемолизиращия реактив.

**Следователно, предлагания реактив не съответства на изискванията на възложителя и на основание т.5.7.5 от документацията и на основание чл.107 т.2, б. „а” от ЗОП Комисията не допуска офертата по отношение на обособена позиция №4 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение и предлага този участник да бъде отстранен от участие по обособена позиция №4.**

#### 7.2 Техническо предложение на „БИЛМЕД”ЕООД, относно обособена позиция №7

Комисията установи, че участникът е предложил консумативи за затворена система за вземане на кръв, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на консумативите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №7 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 8. Техническо предложение на НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ по обособена позиция №11:

Комисията установи, че участникът е предложил имунохроматографски тестове, описани подробно в техническото предложение по наименование и прогнозно количество. В

## „ДКЦ 1-Добрич” ЕООД

техническото предложение са описани производителите на предложените тестове, с изключение на тест гонорея в урина Имунохроматографски тест под №15 в техническото предложение, на който **не е посочен производителя**. Липсват инструкции за употреба на тестовете съгласно т.2 от изискванията в документацията за поръчката.

**С оглед на гореизложеното, на основание т.5.7.4 и т.5.7.5 от документацията и на основание чл.107 т.1 и чл.107 т.2 б.”а” от ЗОП Комисията не допуска офертата по отношение на обособена позиция №4 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение и предлага този участник да бъде отстранен.**

### **9. Техническо предложение на „ХИМТЕКС”ООД по обособена позиция №7:**

Комисията установи, че участникът е предложил консумативи за затворена система за вземане на кръв, описани подробно в техническото предложение по каталожен номер, наименование, търговско наименование, мярка, прогнозно количество. В техническото предложение са описани мярките на предлаганите консумативи, но комисията констатира, че при сравнение между техническото предложение и кратката характеристика за номенклатурна единица №2 с каталожен номер 13510, Комисията установи, че макар в техническото предложение вакутейнерите да са описани с мярка 2 мл, то от характеристиката става ясно, че този вакутейнер с каталожен номер 13510 е с обем 3 мл и не отговаря на изискванията, посочени в спецификацията на Възложителя от документацията.

По същия начин при сравнение на техническото предложение и характеристиката за номенклатурна единица №3 с каталожен №14084 става ясно, че вакутейнерите в предложението са описани с мярка 1,8 мл, а видно от характеристиката са с обем 2,25 мл и следователно не отговарят на изискванията, посочени в спецификацията на Възложителя от документацията.

Комисията направи справка със характеристиката и относно номенклатурна единица №10 с каталожен №11010 – вакутейнери за серум и стана ясно, че макар тези вакутейнери в техническото предложение да е посочено, че са с обем 0,5 мл, то видно от характеристиката стана ясно, че вдействителност са с обем 4 мл. С оглед на това, те не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в спецификацията към документацията.

По същия начин номенклатурна единици №11 с каталожен номер 66577510 вакутейнери за СУЕ с цитрат за деца в техническото предложение са посочени с мярка 0,5 мл, но видно от характеристиката са с мярка 0,150 мл и с оглед на това не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в спецификацията към документацията.

**С оглед на гореизложеното, на основание т.5.7.5 от документацията и на основание чл.107 т.2, б. „а” от ЗОП Комисията не допуска офертата по отношение на обособена позиция №7 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение и предлага този участник да бъде отстранен.**

### **10. Технически предложения на „БГ МЕД”ЕООД:**

#### **10.1. Техническо предложение „БГ МЕД”ЕООД по обособена позиция №4:**

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска офертата по отношение на обособена позиция №4 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.**

#### **10.2. Техническо предложение „БГ МЕД”ЕООД по обособена позиция №5:**

## „ДКЦ I-Добрич” ЕООД

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за Start 4, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №5 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### **11. Технически предложения на "РИДАКОМ"ЕООД:**

#### **11.1. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №10:**

Комисията установи, че участникът е предложил хранителни среди и суплемементи, готови разтвори на въглехидрати, спомагателни животински/биологични продукти, среди за диференциране на чревни бактерии, серуми за типизиране на салмонели, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на средите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №10 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

#### **11.2. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №11:**

Комисията установи, че участникът е предложил имунохроматографски тестове, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на търсените от възложителя. Представени са инструкции за употреба на тестовете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №11 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

#### **11.3. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №12:**

Комисията установи, че участникът е предложил имунохроматографски тестове, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на тестовете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №12 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

#### **11.4. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №13:**

Комисията установи, че участникът е предложил диагностични препарати, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на препаратите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №13 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

#### **11.5. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №14:**



## „ДКЦ I-Добрич” ЕООД

Комисията установи, че участникът е предложил диагностични препарати, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на препаратите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №14 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 11.6 Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №15:

Комисията установи, че участникът е предложил антибиотичните дискове, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на дисковете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №15 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 11.7. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №17:

Комисията установи, че участникът е предложил диагностични тестове за урогенитални микоплазми, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на тестовете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №17 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 11.8. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №18:

Комисията установи, че участникът е предложил мануални стрипове за елайза ридер ТС-98, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на стриповете.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №18 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

### 11.9. Техническо предложение на "РИДАКОМ"ЕООД по обособена позиция №19:

Комисията установи, че участникът е предложил Лабораторни консумативи, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на консумативите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №19 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

## 12. Технически предложения на "ЕЛПАК ЛИЗИНГ"ЕООД:

### 12.1. Техническо предложение на "ЕЛПАК ЛИЗИНГ"ЕООД по обособена позиция №19:

Комисията установи, че участникът е предложил Лабораторни консумативи, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на консумативите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №19 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

12.2. **Техническо предложение на "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД по обособена позиция №38:**

Комисията установи, че участникът е предложил рентгенови филми и консумативи за „Образна диагностика“, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на рентгеновите филми.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №38 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

13. Технически предложения на "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД:

13.1. Техническо предложение на "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД по обособена позиция №4:

Комисията установи, че участникът е предложил реактиви и консумативи за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на реактивите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №4 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

13.2. Техническо предложение на "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД по обособена позиция №9:

Комисията установи, че участникът е предложил кювети за MINDRAY BS 300, описани подробно в техническото предложение по наименование, производител и прогнозно количество, съответстващи на изискванията на възложителя. Представени са инструкции за употреба на кюветите.

Предвид гореизложеното, Комисията реши:

**Допуска** офертата по отношение на обособена позиция №9 на участника до разглеждане и оценяване на ценовото му предложение, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията взе решение ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на публично заседание, насрочено за 01.11.2019г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ет.4 в сградата на „ДКЦ I-Добрич“ ЕООД в гр.Добрич, находяща се на ул. „Димитър Петков“ №3, като съобщение за това се постави на профила на купувача на възложителя.

**ПОДПИСИ НА КОМИСИЯТА:**

Председател: *адв. Зорница Михайлова*

Членове:

1. *Андреана Петкова – гл.счетоводител*

2. *Д-р Марияна Николова – кл.лекар*

3. *Д-р Весела Цветкова – микробиолог*

4. *Д-р Илияна Ананиева – офталмолог*

5. *Милена Джелепова – гл.мед.сестра*

6. *Нияс, Милена Костадинова – АСД*

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД

чл.42,ал.5 от ЗОП

вр.чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД