

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция №10 - реактиви и консумативи за апарат SYSMEX-KX 21 N -
CPV:33694000;33140000


	Наименование	Мярка, количество в опаковката	Прогнозно количество, Бр.	Прогнозна стойност, лв.
1	2	3	5	
1	CELLCLEAN Почистващ разтвор, съдържащ силен алкален детергент с натриев хипохлорид 5.0%)	50 ml	5	475,00
2	STROMATOLYSER – WH Лизиращ разтвор, безцветен реактив без примеси на цианидни или азидни производни за лизиране на еритроцитите и точно определяне на броя левкоцити, тримодалното им разпределение по размер и определяне хемоглобин, съдържащ органична четвъртична амониева сол с конц. 8.5 g/L	500 ml	42	3990,00
3	CELLPACK Дилуент, съдържащ натриев хлорид 0.64%, борна киселина 0.10%, натриев тетраборат 0.02%)	20l туба	42	2100,00
4	КОНТРОЛНА КРЪВ – ниско ниво	1.5 ml	5	150,00
5	КОНТРОЛНА КРЪВ – нормално ниво	1.5 ml	5	150,00
6	КОНТРОЛНА КРЪВ – високо ниво	1.5 ml	5	150,00
				7015,00

Изисквания:

- Изисква се комплексна доставка от един производител за всички номенклатури /от 1 до 6/ в таблицата;
- Предлагащите реактиви трябва да са с доказана от производителя на апарата съвместимост с апарат **SYSMEX-KX 21** (програми с валидирани аналитични продукти)
- Участникът задължително да представи доказателства от производителя на апарата **SYSMEX-KX 21**, че реактивите са валидирани за работа с този апарат.
- Участниците, предлагащи дубликати на оригиналните реактиви, произведени от производител, различен от производителя на апарата SYSMEX-KX 21, следва да представят писмено разрешение от производителя на апарата за употреба на тези реактиви в този апарат, както и декларация от производителя на апарата, че тези реактиви са съвместими за работа с този апарат.

- Да имат инструкция за употреба (кратка характеристика) - във формата на фотокопие, заверено от кандидата с подпис и печат
- Остатъчният срок на годност на доставяните реактиви и консумативи да не е по-кратък от 80 % от общия срок на годност.

Дата:12.08.2020г.

Изготвил: 
/инж.М.Костадинова - АСД/

Съгласувал: 
/д-р М.Николова - кл.лекар/

Утвърдил: 
/д-р М. Ананиев -управител/